

CONCOA Web Server Technology



538 Series IntelliSwitch II

| | | | |
|---------------------|---|----------------|---|
| SWITCHOVER PRESSURE | <input type="text" value="135"/> | LEFT OFFSET | <input type="text" value="-20"/> |
| LOOK BACK | <input type="text" value="30"/> | RIGHT OFFSET | <input type="text" value="0"/> |
| SWITCH BACK | <input type="text" value="10"/> | SYSTEM I.D. | <input type="text" value="1"/> |
| HYSTERESIS | <input type="text" value="10"/> | GAS TYPE | <input type="text" value="1"/> |
| LEFT CYLINDER | <input type="radio"/> 230 PSI <input type="radio"/> 350 PSI <input checked="" type="radio"/> 500 PSI <input type="radio"/> H.P. | RIGHT CYLINDER | <input type="radio"/> 230 PSI <input type="radio"/> 350 PSI <input type="radio"/> 500 PSI <input checked="" type="radio"/> H.P. |
| UNITS OF MEASURE | <input checked="" type="radio"/> PSI <input type="radio"/> BAR <input type="radio"/> MPA | KEYPAD | <input type="radio"/> LOCK <input checked="" type="radio"/> UNLOCK |
| GAS SOURCE | <input checked="" type="radio"/> LEFT <input type="radio"/> RIGHT | | |

CANCEL

SET

UNDO

ZERO SET

RESTORE DEFAULTS

EMAIL 1

EMAIL 2

Server przedstawiony powyżej chroniony jest hasłem.

Użytkownik może zmienić funkcje takie jak:

Przełączanie ciśnieniowe

Retrospekcje i przełączanie powrotne

Zablokowanie klawiatury

Typ gazu i system I.D.

Kalibracje konwertora

WYŚWIETLACZ
CZASU

| | | | |
|---------------------|--|------------------|---------------------------------|
| GEN PSI Oxygen | <input type="text" value="69"/> | INLET READY | <input type="checkbox"/> |
| INLET PSI Oxygen | <input type="text" value="1510"/> | INLET REPLACE | <input type="checkbox"/> |
| REPLACE PRESSURE | <input type="text" value="500"/> | BACK UP IN USE | <input type="checkbox"/> |
| SYSTEM I.D. | <input type="text" value="1"/> | INLET HYSTERESIS | <input type="text" value="10"/> |
| VERSION | <input type="text" value="1.01"/> | PRINT LOG | <input type="button" value=""/> |
| EVENT LOG | <div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div> | CLEAR LOG | <input type="button" value=""/> |
| | | CLEAR ALARMS | <input type="button" value=""/> |
| | | REFRESH | <input type="button" value=""/> |
| | | EDIT | <input type="button" value=""/> |

542 Series High Flow Backup

WYŚWIETLACZ
CZASU

Ekran ten posiada wyświetlacz czasu rzeczywistego oraz odczyty i urządzenia takie jak:

odstawowy rurociąg ciśnienia zasilania

ezerwe zasilania kopii zapasowej

tan alar u

ezerwe lu kopie zapasowa alar u niskiego

ezerwe lu punkt alar owy

odzaj gazu i syste

ejeztr stanu

LINK WEBSERVER